



**University of
Zurich**^{UZH}

**Zurich Open Repository and
Archive**

University of Zurich
Main Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2012

Empfehlungen zur Ultraschalldiagnostik in der Gynäkologie

Edited by: Bajka, M ; Berclaz, G ; Müller, R C ; Schär, G ; Tercanli, S

Abstract: Die Sonographie ist gemäss KVG zweckmässig und wirtschaftlich durchzuführen, was die Indikation, die Vorbereitung, die Durchführung und die aus der Untersuchung zu ziehenden Konsequenzen betrifft. Klare Auflagen, wie sie für das Ultraschall-Screening in der Schwangerschaft durch die Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) Art. 13 bestehen, existieren für die gynäkologische Sonographie nicht. Nach Art. 20 der Medizinprodukteverordnung (MepV) müssen Fachpersonen, die Medizinprodukte anwenden, für die vorschriftsgemässe Instandhaltung und die damit verbundenen Prüfungen sorgen. Die Instandhaltung muss nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung erfolgen, ist betriebsintern zweckmässig zu planen, zu organisieren und zu dokumentieren.

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-74768>

Edited Scientific Work

Cover Image

Originally published at:

Empfehlungen zur Ultraschalldiagnostik in der Gynäkologie. Edited by: Bajka, M; Berclaz, G; Müller, R C; Schär, G; Tercanli, S (2012). Zürich: Schweizerischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin Sektion Gynäkologie und Geburtshilfe (SGUMGG).

Empfehlungen zur Ultraschalluntersuchung in der Gynäkologie



